

## Arbeitsblatt «Koniotomie»

OSCE-Nr. 45

GA: Phase 3 ab Themenblock 12

VA: ab Themenblock 23

Instruktionsvideo: nein

### Ziel:

- „Ultima-Ratio“-Massnahme zur Sicherung des nichtbeherrschbaren Atemwegs

### Achtung:


- genaue anatomische Kenntnisse

### Material:

- Koniotomietrainer
- Koniotomiematerial (z.B. Quicktrach®)
- Beatmungsbeutel & Sauerstoffversorgung

### Vorgehensweise:

- Schutzausrüstung anlegen
- Kopf des Phantoms reklinieren, evtl. mit Kissen unterlegen
- Punktionsstelle aufsuchen:
  - es wird mit dem Zeigefinger das Ligamentum conicum (A) zwischen Ringknorpel und Schildknorpel aufgesucht
  - an dieser spürbaren „Mulde“ erfolgt die Punktion
- Punktionsstelle desinfizieren
- Quicktrach® ausgepackt und mit aufgesetzter Spritze im Winkel von 90° punktieren
- vorschieben bis der rote Stopper an der Hautoberfläche ansteht
- Aspirationsversuch von Luft mit aufgesetzter Spritze
- Stopper entfernen
- Quicktrach® vorschieben ohne Metallführung dabei vorzuschieben bis Quicktrach® korrekt auf der Haut aufliegt
- Quicktrach® mit Schaumstoffhalsband fixieren
- Beatmungskontrolle mittels Stethoskop



Name, Vorname:

RD:

Klasse:

## Handlungsbewertungsbogen «Koniotomie»

### VORBEREITUNG:

Material korrekt vorbereitet

R	F	N
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Schutzmassnahmen

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

### AUSFÜHRUNG:

Kopf reklinieren

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Identifikation der Punktionsstelle (Vorgehensbeschreibung)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Desinfektions der Punktionsstelle

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Durchführung der Punktion (90° Winkel)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Aspirationsversuch von Luft zur Lagekontrolle

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Stopper entfernen

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Quicktrach® vorschieben ohne Metallkanüle vorzuschieben

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Fixierung

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Beatmen und Kontrolle mit Stethoskop

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

R= Richtig, F= Falsch, N= Nicht beurteilbar

### ERFÜLLUNGSKRITERIEN:

Alle Arbeitsschritte sind obligatorisch und müssen korrekt sein

### BEMERKUNGEN:

keine

### BEURTEILUNG:

Erfüllt Nicht Erfüllt OSCE RD-Praxis OSCE EMERGENCY OSCE Kol. Beurteilung 

Name / Unterschrift / Funktion:

Datum: